



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
RUA PRESIDENTE OLEGÁRIO MACIEL, Nº 306 – CENTRO
CEP: 38.183-186



TERMO DE REFERÊNCIA

Nº da Requisição: 991

Objeto

Aquisição de aparelho de CPAP nasal para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde.

Motivação:

A aquisição destes aparelhos se faz necessária para atender as necessidades dos usuários através de prescrição médica de oxigenoterapia residencial.

Especificações Técnicas:

O CPAP deve atender todos os níveis de apnéia. E indicado para pacientes que necessitam de uma pressão nas vias respiratórias de até 12 cm de H₂O. Características: Silencioso; Umidificação; Ajuste manual de altitude; Operação de pressão de 4-20 cmH₂O; Com rampa; Tensão internacional (110V a 240V); Medidor do tempo de adesão; O umidificador aquecido; Fornece ar aquecido e úmido.

ITENS INCLUSOS:

- | | |
|-----------------|---------------------------------|
| • CPAP | • Bolsa de Transporte |
| • Umidificador | • Cabo de alimentação |
| • Máscara Nasal | • Filtro Nacional (12 unidades) |
| • Traquéia | • Manual |

Desempenho: Faixa de pressões operacionais (ajuste manual de altitude): 4-20 cm H₂O. Armazenamento de dados: Horas de utilização disponíveis no gerador de Fluxo. Construção da caixa: Termoplástico com engenharia de retardo à chama. Condições ambientais: Temperatura operacional: +41°F a +104°F (+5°C a + 40°C). Filtro de ar: Duas camadas de fibra não-tecida de poliéster, coligadas por pó. Tubo de ar: Plástico flexível, comprimento de 6 pés e 6 polegadas (2m). Dimensões (Alt x Larg x Prof) 8,5 polegadas x 7,4 polegadas x 4,5 polegadas (215 mm x



189 mm x 114 mm). Peso: Somente o gerador de fluxo: 2,4 lb (1,1kg). Faixa de entrada de energia: 110V a 240V CA, 60Hz .Classificação IEC 60601-1: Classe II (isolamento duplo), Tipo CF, IPX1. Compatibilidade eletromagnética: Em conformidade com a norma IEC 60601-1-2.



Execução do contrato e critério de pagamento:

- O pagamento será efetuado em até 10 dias úteis após a entrega da nota fiscal.
- Prazo de entrega dos materiais: até 30 dias após emissão da ordem de entrega.
- Local de entrega: Rua Luís Corrêa SN, bairro Guilhermina Vieira Chaer – Centro Administrativo
- Execução do contrato: 12 meses

Responsável pelo recebimento dos produtos:

José dos Reis de Brito – Setor de Suprimentos

CPF: 361.913.456-15

Telefone: (34) 3691.7075 ou 8852.3464

E-mail: suprimentos@araxa.mg.gov.br

Obrigações do Contratante:

- Efetuar o(s) pagamento(s) devido(s) à Contratada, na forma estabelecida neste Contrato;
- Supervisionar a(s) entrega(s), com preposto, efetuando a(s) ordem(ns) de entrega(s) através da área requisitante e/ou Departamento de Compras;
- Determinar as quantidades, local(is) e forma da(s) entrega(s) do(s) objeto(s) contratado(s), à contratada.

Obrigações da Contratada:

- Manter, durante toda execução do presente contrato, a qualidade dos materiais ofertados, e as condições de habilitação compatíveis até a execução total do contrato;
- Efetuar a(s) entrega(s) do(s) objeto(s) ora contratado(s), de acordo com as requisições emitidas pela Área requisitante e/ou Departamento de Compras, nas quantidades, local(is), na forma determinada, e no prazo preestabelecido;



- Efetuar a troca do(s) objeto(s) entregue(s), sob seu único e exclusivo ônus de responsabilidade, em caso de recusa do mesmo pela fiscalização no prazo de 48 horas;
- Indenizar terceiros e/ou PMA, mesmo em caso de ausência ou omissão de fiscalização de sua parte, por quaisquer danos ou prejuízos causados;
- Garantia mínima dos equipamentos de 24 meses;
- Responsabilizar-se por todos os ônus relativos ao fornecimento dos materiais, inclusive frete, seguro, cargas e descargas desde a origem até sua entrega no local de destino.



Critério de avaliação das propostas:

Menor preço.

Dotação Orçamentária

0707.10.301.0401.2.0131-Administração e Operalização dos Serviços de Saúde

3.3.90.30- Material de Consumo

Ficha:29

Dr. João Batista Arantes da Silva
Secretário Municipal de Saúde

Dr. João Batista Arantes da Silva
Secretário Municipal de Saúde

