



A/C
SETOR DE LICITAÇÃO
SR. PREGOEIRO
DR. MAURO


Araxá-MG, 03 de fevereiro de 2026

Em resposta ao questionamento de possível licitante, referente ao Processo 008/2026 Pregão Eletrônico 09.008/2026, com objetivo de CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS COM COMODATO DE CILINDROS, SUPORTE DE CHÃO PARA CILINDRO E KIT DE INSTALAÇÃO, AR MEDICINAL DESTINADO AO ATENDIMENTO DE PACIENTES USUÁRIOS DO SUS ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DESTINADO AO ATENDIMENTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E ACETILENO E OXIGÊNIO, INDUSTRIAIS A SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, esclarecemos que, referente ao questionamento:

"Solicitante: Pedido - Sr. Pregoeiro, boa tarde! Pedimos por gentileza esclarecer quanto a entrega de cânula/máscara se de fato não é necessário. Caso seja necessária a entrega da cânula/máscara pedimos informar qual a periodicidade de troca. Pedimos ainda por favor informar a periodicidade de troca do umidificador.

Resposta: Segundo a fisioterapeuta e fiscal do futuro contrato deste certame, Sra. Giselle Cunba Machado, Não há necessidade de entrega de cânula/máscara e a troca do umidificador deve ser a cada 6 meses.

Esperamos ter ajudado, agradecemos e nos colocamos a disposição!


Denise Apolinário
Setor de Compras
Secretaria Municipal de Saúde.