



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ

Araxá, 14 de outubro de 2016.

Processo Licitatório: 08.143/2016

Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE USO ODONTOLÓGICO, EM ATENDIMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Ref.: Esclarecimento

QUESTIONAMENTO:

- a) As licitantes **CIRURGICA MARTOMED LTDA EPP** e **ATUANTE COMERCIAL PRODUTOS PARA SAÚDE** enviaram questionamento alegando que, nos itens abaixo houve divergências de medidas:

*Item 04 - AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA ATÉ 75 LITROS. ANALÓGICO. CAMARA DE ESTERILIZAÇÃO EM AÇO INOXIDAVEL. **CAPACIDADE MÍNIMA DE 10 LITROS. CAPACIDADE DE 21 LITROS.** DESACERAÇÃO: AUTOMÁTICA; DESPRESSURIZAÇÃO: AUTOMÁTICA; SECAGEM EXTRA: SIM; TEMPO TOTAL ESTERILIZAÇÃO: 55 MIN. (1 CICLO); SECAGEM REALIZADA: PORTA ENTRE ABERTA; POTÊNCIA: 1600 WATTS; VOLTAGEM: 127 VOLTS; ACESSÓRIOS: 03 BANDEJAS; DIMENSÃO DA CÂMARA: DIÂMETRO 25CM X PROFUNDIDADE 46,5CM; MEDIDAS EXTERNAS: LARGURA 39,5CM X ALTURA 38CM X PROFUNDIDADE 61CM.*

Conforme destaque existem 03 medidas, qual devemos cotar

*Item 09 - COMPRESSOR. POTÊNCIA MÍNIMA DE 1,0 HP. **COM CAPACIDADE DE NO MÍNIMO 30 LITROS. CAPACIDADE DE 100 LITROS.** TIPO PISTÃO - UNIDADE COMPRESSORA DE FERRO FUNDIDO, ACIONAMENTO POR CORREIA. BIVOLT.*

Conforme destaque existem 02 medidas, qual devemos cotar e ainda e com óleo ou sem óleo.

Resposta: Esclarecemos que houve erro digitação no momento do cadastro dos itens acima. Senhores licitantes, esclarecemos que considerar no momento da formulação da proposta, **item 04**, AUTOCLAVE CAPACIDADE DE ATÉ 21 LITROS e **item 09**, COMPRESSOR, COM CAPACIDADE DE 100 LITROS, COM ÓLEO.

Enviamos para as interessadas, via e-mail e disponibilizamos no site da Prefeitura de Araxá.

FABRÍCIO ANTÔNIO DE ARAÚJO
Pregoeiro