





MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS  
INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO

**CERTIFICADO DE VERIFICAÇÃO: 15078382**

EXECUTOR: IPEM-MG(SEDE) - Instituto de Metrologia e Qualidade do Estado de Minas Gerais

Instrumento MEDIDOR DE VELOCIDADE	Marca ENGEBRAS	Modelo MMV544
Dados Complementares Registro de medição: IpeM-Mg(Sede) 272/2024 Local da Instalação: Av. Hilário Ross, nº 8 ARAXÁ - MG Faixas/Sentido: Faixa 2-Centro/Bairro  Marcas de Selagem: H4201991-3		Número de Série: 0432/2019 Número do Inmetro: 15388496 Código Serviço: 236 (Após Reparo) Valor: R\$ 542,72 Número do Documento de Arrecadação: 294103235001753125
Proprietário Nome/Razão Social: GCT GERENCIAMENTO E CONTROLE DE TRANSITO S/A CNPJ/CPF: 01.466.431/0001-00 Endereço: R. UNAI, 190 Bairro: INDUSTRIAL Município: Contagem CEP: 32220-350 UF: MG		Agente Metrológico  MARLEY PEREIRA LEITE
Observações Portaria de aprovação do modelo: 228/2018 Verificado em 19/03/2024 conforme regulamentação aplicável sendo APROVADO Validade da verificação: 18/03/2025  A autenticidade deste documento poderá ser conferida em: <a href="https://servicos.rbmlq.gov.br/certificado">https://servicos.rbmlq.gov.br/certificado</a> com o código validador: 35F69G47 ou pela leitura do QR-CODE		



REGISTRO DE MEDIÇÃO DE MEDIDOR DE VELOCIDADE

Nº do registro de medição: 272/2024

Tipo de serviço metrológico	Orgão metrológico
Verificação Após Reparo	Instituto de Metrologia e Qualidade do Estado de Minas Gerais

Local de execução do serviço metrológico

Endereço: Av. Hitalo Ross, nº 8  
ARAXÁ - MG

Identificação do modelo

Nº portaria de aprovação: 228/2018

Nº aditivos da portaria de aprovação:

Marca: ENGEBRAS      Modelo: MMV544      Nº Série: 0432/2019

Metrologista executor	Data
MARLEY PEREIRA LEITE	19/03/2024

Modelo conforme caderno de componentes       Sim       Não       Não aplicável

Modelo conforme portaria de aprovação é aditivos       Sim       Não

Ensaio de Campo

Faixa: Faixa 2


Sentido: Centro/Bairro

Medições	Velocidade do Padrão (P)	Velocidade Registrada (R)	Velocidade Indicada (I)	E1 = P-R	E1 máximo admissível	E2 = R-I	E2 máximo admissível
1	65,7	65,0	65,0	0,7	5,0	0,0	0
2	68,1	66,0	66,0	2,1	5,0	0,0	0
3	62,9	63,0	63,0	- 0,1	5,0	0,0	0
4	63,4	61,0	61,0	2,4	5,0	0,0	0
5	78,4	77,0	77,0	1,4	5,0	0,0	0

Aprovado       Reprovado

Observações :

Nº de Inmetro do instrumento: 15388496  
Selos/lacres utilizados: H42019913

  
11960507 - MARLEY PEREIRA LEITE